



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703 Tel. (0 23) 661 34 00 - centrala;
(023) 662 39 89 - sekretariat
Fax. (0 23) 662 32 14
e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl



ISO 9001:2008

FZP.261.18.2017

Płońsk, dn. 22.11.2017 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy urządzeń jednorazowego użytku

WYJAŚNIENIE TREŚCI / ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 4
(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców:

Pytanie nr 1

Zadanie nr 3 poz.1. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod noworodkowych / niemowlęcych w kształcie kwiata wpisanego w okrąg o średnicy około 25 mm, z żelem stałym, bez lateksu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Zadanie nr 3 poz.2. Prosimy o dopuszczenie w ww elektrody o rozmiarze 55x40 mm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Zadanie nr 3 poz.1-3. Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach wycenę za op. – 50 szt., z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości? Podanie cen za opakowania nie będzie przewyższało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu zgodnego z treścią SIWZ w opakowaniu 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości sztuk.

Pytanie nr 4

Zadanie nr 11 poz. 19, 20. Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie poz. 19 i 20 do osobnego pakietu. Powyższe pozycje należą do innej grupy asortymentowej (pakiet typowy dla elektromedycyny) i stanowią wysoką wartość powyższego pakietu. To ogranicza możliwość startowania a tym samym zmniejsza ilość złożonych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Zadanie nr 11 poz.5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie prawidłowego wymiaru papieru do aparatu Sonicaid tj. 143x150x300

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Zadanie nr 11 poz.2. Prosimy o dopuszczenie ww papieru o rozmiarze 120x30m z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości tj. 54 rolki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Zadanie nr 11 poz.8. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie prawidłowego wymiaru papieru do aparatu Hellige EK - 53 tj. 129x135x370

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga papieru o wymiarach 130 mm x 135 mm x 370 mm.

Pytanie nr 8

Projekt umowy – par. 8 ust. 2 ppkt. a) W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych wnosimy o zmianę zapisu &8 ust.2 ppkt. a) poprzez dodanie następującej treści: „W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto, ceny netto pozostają bez zmian. Zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga aneksu”.

Odpowiedź Zamawiającego:

W projekcie umowy par. 8 ust. 2 ppkt. a) dodaje się zdanie: „W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto, ceny netto pozostają bez zmian. Zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga aneksu”.

Pytanie nr 9

Projekt umowy – par. 8 ust. 2 ppkt b) Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z treścią SIWZ wzór umowy par. 8 ust. 1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności oraz ust. 2 ppkt. b) Dopuszcza się przedłużenie umowy w przypadku niewykorzystania środków finansowych określonych w umowie (zmiana terminu obowiązywania umowy).

Pytanie nr 10

Projekt umowy – par. 6 ust. 1 Prosimy o zmianę kary umownej na 2 % wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 6 ust. 1 odnoszący się kary umownej jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzekają, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) „Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje § 6 ust. 1 umowy w sposób następujący: „Za ewentualną nieterminową dostawę przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia”.

Pytanie nr 11

Projekt umowy – par. 6 ust.4 Prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru niezgodnego z zawartą umową i złożonym zamówieniem do 3 dni roboczych. Termin 1 dnia jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed uznaniem reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności, odebrania wadliwego towaru z siedziby Zamawiającego. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego skuteczności w świetle obowiązujących przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest

nieważna).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje § 6 ust. 4: „W przypadku dostaw niezgodnych z zawartą umową i złożonym zamówieniem, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznej dostawy (w ciągu 3 dni roboczych) w ilościach i asortymencie zgodnych ze złożonym zamówieniem. Jeżeli dostawa wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, to dzień dostawy towaru zostaje przesunięty na następny dzień roboczy. W razie nie wykonania tego obowiązku Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy oraz dokonać zakupu we własnym zakresie, a różnicą w cenie między ceną zakupu, a ceną wynikającą z umowy, obciążyć Wykonawcę”.

Pytanie nr 12

SIWZ dział XVII pkt.6 W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Oczywiście umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Pytanie nr 13

Zadanie 8. Czy zamawiający wydzieli do osobnego zadania poz. 2,5-7,9,26,27 ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym zadaniu co ogranicza konkurencję w postępowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14

Zadanie 8. Czy zamawiający w poz. 4 wycenę za opakowanie 100 szt z przeliczeniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu zgodnego z treścią SIWZ w opakowaniu 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości sztuk.

Pytanie nr 15

Zadanie 8. Poz. 9 Czy zamawiający dopuszcza zaciskacz sterylne ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Zadanie 8. Poz. 9 Czy zamawiający może sprecyzować ile nożyczek do rozcinania zaciskaczy zamawiający wymaga do zaciskaczy w poz. 9?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga ok 10 szt. nożyczek.

Pytanie nr 17

Zadanie 7. poz. 1 czy zamawiający dopuści opaski do identyfikacji niemowląt wykonane z PCW, miękkie, zaokrąglone końce nie kaleczące skóry, z precyzyjnie wykonanymi otworami, plastikowym zatrzaskiem umożliwiającym łatwe założenie opaski, konstrukcja uniemożliwiająca przypadkowe otwarcie i zsuniecie się opaski, z przezroczystym okienkiem na karteczkę z danymi pacjenta, o długości 17 cm (opaski wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia nie są już produkowane przez Zakład Produkcyjny Karasiński)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Zadanie 7. poz. 2 czy zamawiający dopuści opaski do identyfikacji dla dorosłych wykonane z PCW, miękkie, zaokrąglone końce nie kaleczące skóry, z precyzyjnie wykonanymi otworami, plastikowym zatrzaskiem umożliwiającym łatwe założenie opaski, konstrukcja uniemożliwiająca przypadkowe otwarcie i zsunięcie się opaski, z przezroczystym okienkiem na karteczkę z danymi pacjenta, o długości około 25 cm (opaski wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia nie są już produkowane przez Zakład Produkcyjny Karasiński)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

Zadanie 7. Poz. 4 i 5 czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osobno żelu do USG oraz osobno do EKG/KTG?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20

Zadanie 7 poz. 4 czy zamawiający dopuści żel w opakowaniu 5 l?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21

Zadanie 7 poz. 7 czy zamawiający dopuści Zestaw do cystostomii z rozszczepialnym metalowym trokarem, 100% silikonu, z zintegrowanym balonem z otwartym zakończeniem o średnicy 12 lub 14CH, w zestawie zatyczka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Zadanie 7 poz. 11 czy zamawiający mógłby doprecyzować czy oczekuje pojemnik jałowy czy niejałowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje pojemników jałowych i niejałowych.

Pytanie nr 23

Zadanie 7 poz. 13 czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opak. 75 szt z przeliczeniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu zgodnego z treścią SIWZ w opakowaniu 75 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości sztuk.

Pytanie nr 24

Zadanie 7 poz. 14 czy zamawiający dopuści pęsety o dł. 13 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25

Zadanie 7 poz. 15 czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu zgodnego z treścią SIWZ w opakowaniu 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości sztuk.

Pytanie nr 26

Zad. 7 poz. 15 czy zamawiający dopuści wymiary 150 x 18 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27

Zad. 7 poz. 19 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 144 szt z przeliczeniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu zgodnego z treścią SIWZ w opakowaniu 144 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości sztuk.

Pytanie nr 28

W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką compliance koncernu BBraun, stosowanie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Paweł Obermeyer, Sławomir Potwardowski, Jadwiga Wierzchowska, Maria Godlewska, Hanna Dąbrowska, Sylwia Makowska, Ismena Poryzińska

Pytanie nr 29

Pakiet 3. Prosimy o wyjaśnienie, czy w zadaniu 3 w pozycji pierwszej oczekuje czterech typów elektrod noworodkowych i dla dzieci: o średnicach 1,5, 2 i 3 cm oraz 2,5 cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy można zaoferować tylko jeden rodzaj i rozmiar równoważnych elektrod noworodkowo – niemowlęcych z powyżej opisanych?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednego rozmiaru, jednak preferowany rozmiar to ok. 2,5 cm.

Pytanie nr 30

Pakiet 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 w pozycji 1 jednorazowej okrągłej elektrody EKG dla noworodków i niemowląt wykonanej z hipoalergicznego włókna, z żelazem stałym. Elektroda posiada średnicę 25 mm. Ze względu na bardzo niską cenę prosimy o możliwość wyceny elektrod za opakowanie równe 50 sztuk lub o możliwość podania ceny jednostkowej do 4 miejsca po przecinku.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu Wykonawcy w opakowaniu 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości sztuk.

Pytanie nr 31

Pakiet 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 w pozycji 1 jednorazowej okrągłej elektrody EKG dla noworodków i niemowląt na podłożu z pianki PE, z żelazem stałym. Elektroda posiada średnicę 30 mm. Ze względu na bardzo niską cenę prosimy o możliwość wyceny elektrod za opakowanie równe 50 sztuk lub o możliwość podania ceny jednostkowej do 4 miejsca po przecinku.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu Wykonawcy w opakowaniu 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości sztuk.

Pytanie nr 32

Pakiet 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 3 w pozycji 2 – elektrody całkowicie równoważnej do typu R-LLL-510 o rozmiarze 41/55 mm. Ze względu na bardzo niską cenę prosimy o możliwość wyceny elektrod za opakowanie równe 50 sztuk lub o możliwość podania ceny jednostkowej do 4 miejsca po przecinku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu Wykonawcy w opakowaniu 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości sztuk.

Pytanie nr 33

Pakiet 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 3 w pozycji 3 całkowicie równoważnej elektrody o rozmiarze 45/43 mm ze standardowym czujnikiem Ag/AgCl, wykonanej z pianki polietylenowej używanej jako standardowej pianki przez wszystkich producentów elektrod EKG. Ze względu na bardzo niską cenę

prosimy o możliwość wyceny elektrod za opakowanie równe 50 sztuk lub o możliwość podania ceny jednostkowej do 4 miejsca po przecinku.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu Wykonawcy w opakowaniu 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości sztuk.

Pytanie nr 34

Pakiet 3. Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz zgodność z wymaganiami prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadał System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza, natomiast nie wymaga.

Pytanie nr 35

Pakiet 3. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza, natomiast nie wymaga.

Pytanie nr 36

Pakiet 3. Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających kleju oraz żelu czyli bezpieczeństwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie dokumentów z pozytywnymi wynikami poszczególnych badań, wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, natomiast nie wymaga.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 23 „Nakłuwacz automatyczny jednorazowego użytku” dopuści jednorazowe lancety o stałej głębokości nakłucia 1,5 mm i średnicy ostrza 28G?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 23 „Nakłuwacz automatyczny jednorazowego użytku” z Pakietu 10 do osobnego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39

Według Rozdz. XXI SIWZ termin dostawy należy zaoferować w dniach roboczych, natomiast w par. 2 ust. 2 umowy jest mowa o dniach kalendarzowych. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

Odpowiedź Zamawiającego

Par. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „dostawy przedmiotu umowy do magazynu w siedzibie Zamawiającego wg asortymentu i ilości zgodnej z zamówieniem w terminie dni (zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia złożenia zamówienia faxem. Zamówienie, o którym mowa wyżej musi być podpisane przez Dyrektora Zamawiającego lub osobę pisemnie upoważnioną. Jeżeli ostatni dzień na dostawę przedmiotu umowy przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dzień realizacji przedmiotu umowy przypada na następny dzień roboczy. Z realizacji dostaw w w/w terminie nie zwalnia Wykonawcy również inwentaryzacja prowadzona w jego siedzibie lub magazynie.

Pytanie nr 40

Zadanie 5. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści dreny Kehra z czystego silikonu, z linią widoczną w RTG, znaczniki co 5 cm, długość ramienia głównego około 50 cm, poprzecznego około 20 cm, sterylne, podwójnie pakowane, z łącznikiem schodkowym, w rozmiarach dla kolejnych pozycji 12Ch, 15Ch i 18Ch?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41

Zadanie 5. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści dreny z trokarem do drenażu w rozmiarach dla kolejnych pozycji 28F/40cm, 20F/40cm oraz dwukrotnie 32F/40cm, spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42

Zadanie 5. Czy Zamawiający w pozycjach 4 i 5 dopuści dreny wykonane z 100% silikonu z atraumatycznym zakończeniem, otwór końcowy, naprzeciwległe rozmieszczone otwory, podwójnie pakowane, sterylne o długości 50 cm w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43

Zadanie 5. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zestaw do drenażu opłucnej posiadający komorę na wydzielinę o pojemności 2100ml, spełniający pozostałe wymagania określone w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44

Zadanie 5. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści ambulatoryjny zestaw do drenażu opłucnej z workiem o pojemności 2000ml wyskalowanym co 100 ml, ze zintegrowanym zaworem płatkowym, odpowietrznikiem i zaworem spustowym, połączonym drenem łączącym o długości 50cm z zastawką Heimlicha zapobiegającą powrotowi odessanego płynu do pacjenta, zakończoną łącznikiem schodkowym umożliwiającym połączenie z drenem od pacjenta, dodatkowo w zestawie: przejściówka luer lock i dwa paski mocujące o regulowanej długości?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 45

Zadanie 5. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści linię próbkującą do kapnografu o długości 3m, spełniającą pozostałe wymagania określone w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 46

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci o oporach przepływu 0,94 cm H₂O przy 30 l/min, 2,32 cm H₂O przy 60 l/min wadze 30 g, przestrzeni martwej 53 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 47

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści sterylny zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej Ch 12, 14 i rurki tracheostomijnej CH 12, 14 z możliwością stosowania przez 72 godziny (także do 48 godzin), przy wymianie samego cenika. System stanowiący integralną całość, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90°, zamykany port do płukania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku, zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90°. System gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dodatkową rurą 60 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z trójnikiem Y bez portów?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50

Dotyczy Zadania 24 poz. od 1 do 6. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, sterylnych, wykonanych z lateksu, lekko pudrowanych - zawartość pudru max. 112mg/rękawicę, jednorazowego użytku, kształt anatomiczny, mankiet rolowany. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana zapewniająca pewny uchwyt. Długość rękawicy min. 285 mm bez względu na rozmiar. Posiadające poziom AQL 1.0. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51

Dotyczy Zadania 24 poz. od 7 do 13. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, sterylnych, wykonanych z lateksu, niepudrowanych, jednorazowego użytku, kształt anatomiczny, mankiet rolowany oznaczenia rękawicy prawa lub lewa i rozmiar na opakowaniu (kopercie) wewnętrznym a nie na mankiecie. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana zapewniająca pewny uchwyt. Poziom białek lateksowych: poniżej 30µg/g, AQL: 1,0. Polimeryzowana wewnętrzna strona rękawicy. Długość min. 285mm bez względu na rozmiar. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52

Dotyczy Zadania 24 poz. od 14 do 15. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, sterylnych, połączonych dostępnych w rozmiarach S-6.5; M-7.5; L-8.5; oznakowanych datą sterylizacji, która jest jednocześnie datą produkcji, ponieważ dopiero od momentu sterylizacji rękawice są produktem przygotowanym do użytku?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 53

Dotyczy Zadania 24 poz. od 25 do 27. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic nitrylowych o odporności na 70% izopropanol na 1 poziomie odporności oraz rękawic odpornych m. in. na 3% nadtlenek wodoru z grupy utleniaczy na 6 poziomie odporności? Prośbę swą uzasadniamy tym, że Izopropanol, etanol i propanol to alkohole stosowane jako aktywne składniki środków do dezynfekcji do rutynowej higieny rąk wykonywanej przez personel medyczny tuż przed założeniem rękawic. Zgodnie ze znormalizowanymi standardami: chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z PN-EN 12791 trwa 2 x 1,5 min = 3 min, natomiast higieniczna dezynfekcja rąk metodą wcierania zgodnie z PN-EN 1500 trwa od 30 s do 1 min. Jeżeli użytkownik wykonuje prawidłowo procedurę higieny rąk rękawice, które kolejno stosuje nie mają bezpośredniego kontaktu z preparatem do dezynfekcji na bazie alkoholu. Natomiast 3% nadtlenek wodoru jest jednym z głównych składników preparatów stosowanych do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz preparatów stosowanych do dezynfekcji powierzchni małych oraz jest składnikiem koncentratów przeznaczonych do dezynfekcji

powierzchni dużych z których przygotowuje się roztwory myjąco-dezynfekujące. Jednocześnie 3 % nadtlenek wodoru znajduje zastosowanie również w obszarze dezynfekcji ran i dezynfekcji rąk.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 54

Pytanie do wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie zapisu § 4 ust. 7 projektu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 55

Pytanie do wzoru umowy. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 6 ust. 1 oraz do wysokości 5% w § 6 ust. 4.

Odpowiedź Zamawiającego
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego w pytaniu Nr 10 i Nr 11.

Pytanie nr 56

Pytanie do wzoru umowy. Prosimy o modyfikację zapisu § 6 ust. 2 projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w sposób następujący, par. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W przypadku rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy brutto”.

Pytanie nr 57

Pytanie do wzoru umowy. Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 8 ust. 5 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 10 pozycja 49 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kołec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatraskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 59

Czy w pakiecie 2 poz. 1 Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 33mg H₂O przy Vt 500ml i utraci wilgoci max 6 mg H₂O przy Vt500ml o masie 28 gr i przestrzeni martwej 51ml. Skuteczność filtracji filtra p. bakteryjna i wirusowa 99,999% opór przepływu 2,7 cm H₂O przy 60L/min. W/w filtr jest obecnie stosowany w Państwa szpitalu?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60

Czy w pakiecie 2 poz. 2 Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny o przestrzeni martwej 36ml. Skuteczność filtracji filtra p. bakteryjna i wirusowa 99,999% spełniający pozostałe wymogi SIWZ W/w filtr jest obecnie stosowany w Państwa szpitalu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61

Zwracam się do Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia w pak. 2 poz. 3 Z obecnego opis wynika iż system zamknięty ma posiadać równocześnie samouszczelniającą się silikonową zastawkę i obrotową zastawkę separującą układ oddechowy pacjenta od systemu co się wyklucza. Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia chciał dopuścić systemu konkurencyjne posiadające samouszczelniającą się silikonową zastawkę lub obrotową zastawkę separującą układ oddechowy pacjenta od systemu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga samouszczelniającej się zastawki.

Pytanie nr 62

Czy w pakiecie 2 poz. 4. Zamawiający dopuści układ oddechowy dla dorosłych z rury nierozciągliwej, bez pułapek wodnych z dodatkową rurą o długości 90 cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ. W/w układ oddechowy jest obecnie stosowany w Państwa szpitalu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 63

Zadanie 4, pozycje 18 – 22. Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z informacją o średnicy mankietu podaną na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 64

Zadanie 4, pozycja 27. Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową, wykonaną z polietylenu (PE)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65

Zadanie 5, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren T-Kehr o długości ramion 45cm x 18cm, dostępny w rozmiarach m.in. 12, 14, 16?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66

Zadanie 5, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści dren z trokarem do drenażu o długości ok. 37cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67

Zadanie 5, pozycje 6 – 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68

Zadanie 7, pozycja 11. Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał 18ml?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 69

Zadanie 7, pozycja 12. Czy Zamawiający dopuści szyny Kramera niepokryte farbą?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 70

Zadanie 7, pozycja 13. Czy Zamawiający dopuści kieliszki 30ml?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 71

Zadanie 7, pozycja 14. Czy Zamawiający dopuści pensetę o długości 13cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 72

Zadanie 7, pozycja 15. Czy Zamawiający dopuści jałowe szpatułki w rozmiarze 17mm x 150mm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 73

Zadanie 7, pozycja 18. Czy Zamawiający dopuści utrwalacz do badań cytologicznych o pojemności 200ml?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 74

Zadanie 10, pozycje 12 – 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75

Zadanie 11, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści papier do KTG Sonicaid Oxford Team w bloku o wymiarach 143 x 150 x 300?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76

Zadanie 11, pozycja 19. Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany z włókniny bez okienka w rozmiarze 6cm x 8cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 77

Zadanie 11, pozycja 19. Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany z folii poliuretanowej z ramką i wycięciem U w rozmiarze 6cm x 7cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 78

Zadanie 11, pozycja 20. Czy Zamawiający dopuści kompatybilny z urządzeniem ustnik o wymiarach 28 x 30 x 60mm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 79

Zadanie 19, pozycja 14. Czy Zamawiający dopuści podkład pod gips pakowany a'12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu zgodnego z treścią SIWZ w opakowaniu 12 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości sztuk.

Pytanie nr 80

Zadanie 24, pozycja 14. Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawiczki spełniające wszystkie wymagania zawarte w SIWZ oznaczone rozmiarowo symbolem „L” co odpowiada rozmiarowi 8.5?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81

Zadanie 24, pozycja 15. Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawiczki spełniające wszystkie wymagania zawarte w SIWZ oznaczone rozmiarowo symbolem „M” co odpowiada rozmiarowi 7.5?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82

Dotyczy poz. 1-6. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, lekko pudrowane, jednorazowego użytku, z równomiernie rolowanym mankietem, mikroteksturowane na całej powierzchni dłoni i palców, kształt anatomiczny o długości min. 285 mm, poziomem protein poniżej 50 µg/g, z oznaczeniem lewa i prawa na wewnętrznej części opakowania, zgodnymi z normą EN 455, ASTM 1671 zarejestrowane, jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej, odporne na przenikanie min. 5 związków chemicznych na poziomie 6 zgodnie z EN374-3. Pragniemy nadmienić iż rękawice pudrowane ze względu na puder nie mają zastosowania podczas pracy z lekami cytostatycznymi.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83

Dotyczy poz. 7-11. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, jednorazowego użytku, z równomiernie rolowanym mankietem, mikroteksturowane na całej powierzchni dłoni i palców, kształt anatomiczny o długości min. 295 mm, poziomem protein ≤ 20 µg/g z oznaczeniem lewa i prawa na wewnętrznej części opakowania, zgodnymi z normą EN 455, ASTM 1671 zarejestrowane, jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat 3, odporne na przenikanie min. 3 cytostatyków na min. 4 poziomie odporności zgodnie z EN 374-3, AQL 0,65.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 84

Dotyczy poz. 25-27. Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, jednorazowego użytku, z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców, wzmocnionym mankiecie, zgodnych z normami EN 420 i EN 455-1,2,3,4, poziomie AQL ≤ 1.0 oraz przebadanych zgodnie z normą EN 374-3 na przenikanie związków chemicznych (przynajmniej 4 związki chemiczne na poziomie min. 2 w tym 70% izopropanol z czasem przenikania min.30 minut) – raport z badania jednostki niezależnej dołączony do oferty, odpornych na przenikanie wirusów (badania zgodnie z normą ASTM F1671) dopuszczone do żywności. Pakowane w op. a 100 szt. Rozmiary: XS, S, M, L, XL. Fabrycznie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat.III, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 85

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 86

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie § 6 ust. 1, 2:

1. Za ewentualną nieterminową dostawę przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia. jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej dostawy przedmiotu umowy.

2. W przypadku rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 56 - Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w sposób następujący, par. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W przypadku rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy brutto”.

Pytanie nr 87

Pakiet 10, poz. 59. Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 88

Pakiet 10, poz. 59. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu z jednocześnieściową, elastyczną komora kropłową. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 89

Dotyczy zad. 1 poz. 4, 5, 23, 24, 30, 32-56, 62, 63, 64. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu i umożliwienie składanie ofert właśnie na te pozycje. Podział pakietu znacznie zwiększy konkurencyjność i umożliwi Zamawiającemu pozyskanie bardzo korzystnych ofert cenowych

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 90

Dotyczy zad. 3 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody dla dzieci o średnicy 30mm, wykonanej z pianki PE z żelazem stałym?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 91

Dotyczy zad. 3 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści elektrodę o rozmiarze 36x48mm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 92

Dotyczy zad. 4 poz. 28. Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe wykonane z silikonu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 93

Dotyczy zad. 5 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści dreny o długości ramion 38x16 cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 94

Dotyczy zad. 7 poz. 12. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowych szyn Kramera tj. nie pokrytych farbą?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 95

Dotyczy zad. 7 poz. 12. Czy Zamawiający dopuści szyny w rozmiarze 500x60 lub 500x80 w miejsce szyny 500x70?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 96

Dotyczy zad. 7 poz. 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań tj. 400 op.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu zgodnego z treścią SIWZ w opakowaniu 75 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości sztuk.

Pytanie nr 97

Dotyczy zad. 8 poz. 1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie. Czy Zamawiający ma na myśli jednorazowe wkłady, które są umieszczane w wielorazowych pojemnikach?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający wymaga wkładów umieszczonych w wielorazowych pojemnikach.

Pytanie nr 98

Dotyczy zad. 8 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności minimum 1700ml?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 99

Dotyczy zad. 8 poz. 19. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości. Czy Zamawiający wymaga 2000 szt. przylepców czy 2000 opakowań gdzie opakowanie to 3 sztuki przylepców?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga 2000 szt. przylepców.

Pytanie nr 100

Dotyczy zad. 8 poz. 22. Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny z absorbentem o pojemności 1500ml?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 101

Dotyczy zad. 8 poz. 28. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „mocowanie do rurek intubacyjnych”? Czy chodzi o opaski do mocowania rurek intubacyjnych?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający wymaga opasek do mocowania rurek intubacyjnych.

Pytanie nr 102

Dotyczy zad. 10 poz. 12-22. Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 103

Dotyczy zad. 10 poz. 32-38. Czy Zamawiający, w celu pełnej kompatybilności, wymaga aby koreczki i kaniule pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga aby materiały pochodziły od jednego producenta.

Pytanie nr 104

Dotyczy zad. 10 poz. 33-38. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie. Czy opisy znajdujące się z poszczególnych pozycji kaniul dotyczą wszystkich kaniul w w/w pozycjach?

Odpowiedź Zamawiającego

Opisy dotyczą wszystkich kaniul.

Pytanie nr 105

Dotyczy zad. 10 poz. 39-42. Zwracamy się z prośbą o wycenę za op. a`100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu zgodnego z treścią SIWZ w opakowaniu 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości sztuk.

Pytanie nr 106

dotyczy zad. 10 poz. 39-42. Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie każdej pojedynczej sztuki strzykawki było zróżnicowane kolorem w zależności od pojemności?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza, natomiast nie wymaga.

Pytanie nr 107

Dotyczy zad. 10 poz. 39-42. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z informacją o braku fatalnaów na opakowaniu jednostkowym (pojedyncza sztuka)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza, natomiast nie wymaga.

Pytanie nr 108

Dotyczy zad. 12 poz. 22-26. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co znacznie zwiększy konkurencyjność zadania i umożliwi Zamawiającemu pozyskanie korzystniejszych ofert cenowych

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 109

Dotyczy zad. 12 poz. 22-26. Zwracamy się z prośbą o podanie modelu i producenta ssaka, z którym ma być kompatybilny w/w asortyment

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dysponuje różnymi modelami ssaków m.in.: Hospivac 400, OB. 2000, Mevacs M20, SU-1, SU-2, SUC 81000, Hv Vacusil, VICTORIA II, WAN-M, WAN-M2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 110

PAKIET 1 POZYCJA 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nawilzacza rezerwuarowego do tlenu, pojemnik napełniony wodą sterylną w ilości 500 ml, z adapterem do przepływomierza tlenowego i wbudowanym portem podłączenia dreny tlenowego o łatwiej konstrukcji otwarcia. Zbiorki zawiera na bocznej ścianie rozpylacz. Przydatność wody do użytku do 30 dni od otwarcia.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 111

PAKIET 1 POZYCJA 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nawilzacza rezerwuarowego do tlenu, pojemnik napełniony wodą sterylną w ilości 500 ml, z adapterem do przepływomierza tlenowego i wbudowanym portem podłączenia drenu tlenowego o łatwiej konstrukcji otwarcia. Zbiorki zawiera na bocznej ścianie rozpylacz. Przydatność wody do użytku do 30 dni od otwarcia.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 112

PAKIET 1 POZYCJA 1-2. Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o podanie zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz dopuszczenie możliwości wyceny (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 10 ml wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym. Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie zakresu potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 113

PAKIET 1 POZYCJA 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych z min. 1 membraną nawilżającą wyposażony w samodomykający się port do odsysania.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 114

PAKIET 1 POZYCJA 3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy filtr do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych ma cechować się przeznaczeniem od objętości oddechowej Vt 60 ml i wagą 6 g.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 115

PAKIET 1 POZYCJA 4. Prosimy o dopuszczenie maski z w zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa dla dorosłych, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 116

PAKIET 1 POZYCJA 4. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga nebulizatora o następujących parametrach: przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 μm (+/- 0,07 μm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 μm) - 79,7% (+/- 1,7%) - potwierdzonych w badaniach producenta?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane oznaczenie CE, być zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej.

Pytanie nr 117

PAKIET 1 POZYCJA 5. Prosimy o dopuszczenie maski z w zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa pediatria, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 cm i złączu standardowym, kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 118

PAKIET 1 POZYCJA 5. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga nebulizatora z potwierdzonych w badaniach producenta frakcji respirabilnej oraz przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) na poziomie 2,21 µm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane oznaczenie CE, być zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej.

Pytanie nr 119

PAKIET 1 POZYCJA 8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki metalowej do odsysania pola operacyjnego z mandrynem plastikowym. Jedna strona zakończona tak aby można było ją połączyć z drenem ssącym. Jałowy, nietoksyczny, rozmiar 9 CH

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 120

PAKIET 1 POZYCJA 15. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnej zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej składający się z: dwóch drenów z trokarami, mieszka min 125 ml. Z zastawką przeciwwrotną, worka na krew z filtrem max 200 µm o pojemności 700 ml z zastawką przeciwwrotną, portem dokręcanym, aparatem do przetoczeń dostosowanym do zestawu z filtrem 175/40/10, worek drenażowy o pojemności 700ml z zastawką przeciwwrotną, opatrunek z warstwą hydrokoloidu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 121

PAKIET 1 POZYCJA 16. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka na krew do autonomicznego zestawu po operacji, filtr 200 mikronów, pojemność 700 ml, z zastawką i dokręcanym portem.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 122

PAKIET 1 POZYCJA 19. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierającego w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofalowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofalowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 123

PAKIET 1 POZYCJA 20. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepeka do mycia głowy pacjenta, nie wymagającego dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepeka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 124

PAKIET 1 POZYCJA 21. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oferowany produkt nie powinien zawierać żadnych substancji konserwujących, co do których istnieją podejrzenia o szkodliwym działaniu na organizm pacjenta (oświadczenie producenta).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane oznaczenie CE, być zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej.

Pytanie nr 125

PAKIET 1 POZYCJA 21. Czy Zamawiający oczekuje aby w przypadku stosowania oferowanego żelu do wprowadzania cystoskopu, żel zachowywał pełną przejrzystość i nie utrudniał widoczności?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający oczekuje, aby żel nie utrudniał widoczności.

Pytanie nr 126

PAKIET 1 POZYCJA 25. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kaniuli do dostępu naczyniowego z zatraskiem typu Flow Switch z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 2 piankowymi podkładkami pod skrzydełka kaniuli i z dodatkowym piankowym paskiem do prowadzenia linii?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 127

PAKIET 1 POZYCJA 26. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zawór dostępu naczyniowego ma posiadać męski protektor umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, zawór dostępu naczyniowego ma posiadać męski protektor umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia.

Pytanie nr 128

PAKIET 1 POZYCJA 26. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy Łącznik powinien posiadać zastawkę w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej - JEDNOLITEJ MATERIAŁOWO, silikonowej podzielnej membrany (która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym przezroczystym konektorze

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, łącznik powinien posiadać taką zastawkę.

Pytanie nr 129

PAKIET 1 POZYCJA 27. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy pięciokranikowej do kompleksowej intensywnej opieki z 5 zróżnicowanymi kolorystycznie kranikami trójdrożnymi. Umożliwia podłączenie do 5 dodatkowych linii infuzyjnych. 1 męska i 6 żeńskich końcówek luer lock gwarantuje bezpieczne połączenie. Koreczki zabezpieczające zapewniają sterylność rampy.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 130

PAKIET 1 POZYCJA 28. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy trójkranikowej do kompleksowej intensywnej opieki z 3 zróżnicowanymi kolorystycznie kranikami trójdrożnymi. Umożliwia podłączenie do 3 dodatkowych linii infuzyjnych. 1 męska i 4 żeńskie końcówki luer lock gwarantują bezpieczne połączenie. Koreczki zabezpieczające zapewniają sterylność rampy.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 131

PAKIET 1 POZYCJA 29. Czy wenflon ma być wykonany z PTFE widocznego w USG, tak jak obecnie stosowany przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 132

PAKIET 1 POZYCJA 29. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wenflonu bez pasków RTG z możliwością diagnozowania za pomocą aparatu USG?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 133

PAKIET 1 POZYCJA 29. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wenflon ma być wyposażony w dodatkowy, zdejmowany element ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza, natomiast nie wymaga.

Pytanie nr 134

PAKIET 1 POZYCJA 29. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wenflon ma cechować się przepływem 13ml/min, co zapobiega przewodnieniu pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza, natomiast nie wymaga.

Pytanie nr 135

PAKIET 1 POZYCJA 57-59. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewnik ma być wykonany z półtwardego silikonowanego lateksu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 136

PAKIET 1 POZYCJA 63. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu przez nos dla dorosłych o dzieci, o długości 1,5 m lub 2,1 m wykonany z miękkiego PCV, biologicznie czystego, z wąsami na nos, regulowane.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 137

PAKIET 1 POZYCJA 63. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby cewnik do podawania tlenu przez nos wykonany z miękkiego PCV o przekroju gwiazdkowym był pozbawiony lateksu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga aby cewnik był pozbawiony lateksu.

Pytanie nr 138

PAKIET 1 POZYCJA 63-64. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewniki do podawania tlenu przez nos dla dorosłych i dzieci mają być całkowicie pozbawione szkodliwego DEHP i BPA?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga aby cewniki były pozbawione DEHP i BPA

Pytanie nr 139

PAKIET 22 POZYCJA 1. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni ma być potwierdzona badaniami dołączonymi do oferty?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza, natomiast nie wymaga.

Pytanie nr 140

Zadanie 17. Poz. 1-4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplerów okrężnych, zakrzywionych z łamaną główką po oddaniu strzału, jednorazowego użytku, sterylnych w rozmiarach odpowiednio: 26, 24, 29, 32

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 141

Zadanie 17. Poz. 9. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu, co pozwoli na zwiększenie konkurencji i złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 142

Zadanie 24, poz. 1-6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic opornych na przenikanie min. 4 substancji chemicznych na min. 1 poziomie ochrony zgodnie z EN 374-3 lub równoważną. Zgodne z normą EN 420 (raport z wynikami badań), EN 374-1,2,3 (raport z wynikami badań).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza. W zakresie zadania Nr 24 nastąpiła zmiana treści SIWZ.

Pytanie nr 143

Zadanie 24, poz. 7-13. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych polimeryzowanych od strony wewnętrznej, zewnątrz mikroteksturowanych, co zwiększa chwytność rękawic.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza. W zakresie zadania Nr 24 nastąpiła zmiana treści SIWZ.

Pytanie nr 144

Zadanie 24, poz. 14-15. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarach S (6,5), M (7,5), L (8,5).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 145

Zadanie 24, poz. 25-27. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje rękawic oznakowanych jako medyczne i ochronne kategorii III, przebadanych według metodologii opisanych w normach wymienionych w SIWZ i spełniających wymagania norm EN 374-1 (z wyłączeniem punktu 5.3.2), 2, 3 tj. w zakresie będącym podstawą do uzyskania certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikowaną dla Środka ochrony osobistej kategorii III ?

Odpowiedź Zamawiającego

W zakresie zadania Nr 24 nastąpiła zmiana treści SIWZ.

Pytanie nr 146

Zadanie 24, poz. 25-27. Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rękawice diagnostyczne nitrylowe przebadane na min. 10 związków chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 lub równoważną, w tym: 0,5% kwas siarkowy na poziomie 6, 40% wodorotlenek sodu na poziomie 6, 33% formalinę (roztwór formaldehydu) na min. 3 poziomie, 70% izopropanol na min. 1 poziomie, 1,5% metanol na poziomie 6, 10% amoniak na poziomie 6, 10% etanol na poziomie 6 (raport załączony do oferty) oraz min. 15 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu (raport załączony do oferty), spełniające normy EN 455, EN 420, ATSM F 1671, EN388, EN 374 – 1 (z wył. pktu 5.3.2), 2, 3. Rozmiar XS, S, M, L, XL pakowane po max. 200 szt. Oznakowanie kolorystyczne w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego

W zakresie zadania Nr 24 nastąpiła zmiana treści SIWZ.

Pytanie nr 147

Zadanie 24, poz. 25-27. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic chroniących do 30 minut (tj. 1 poziom) przed izopropanolem 70% i etanolem 20% na poziomie 1 tj. do 30 minut. W razie odpowiedzi odmownej, prosimy o wyjaśnienie w jakich procedurach użytkownik ma ciągły kontakt z wymienionymi substancjami przez ponad pół godziny.

Odpowiedź Zamawiającego

Nie. W zakresie zadania Nr 24 nastąpiła zmiana treści SIWZ.

Pytanie nr 148

Zadanie 13. Prosimy o podanie modelu diatermii Emed

Odpowiedź Zamawiającego

Aparat elektrochirurgiczny SPECTRUM, EMED ES-300, 350

Pytanie nr 149

Zadanie 13. Poz. 3. Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 4 m

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 150

Dotyczy Zadania 7. Pozycja 6. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Żelu do endoskopu zawierającego Chlorhexidine Glukonate.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę, wymaga również aby preparat był rozpuszczalny w wodzie.

Pytanie nr 151

Dotyczy Zadania 7. Pozycja 9. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aplikatora drewnianego, czy wykonanego z polistyrenu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga aplikatora wykonanego z polistyrenu.

Pytanie nr 152

Dotyczy Zadania 7. Pozycja 11. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Pojemników bakteriologicznych do kału o pojemności 18ml.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 153

Dotyczy Zadania 7. Pozycja 11. Prosimy o rozdzielanie pozycji na: a) pojemniki jałowe; b) pojemniki niejłowe. Chcemy nadmienić, że cena sterylnych pojemników i niesterylnych jest dość różna.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 154

Dotyczy Zadania 7. Pozycja 13. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania kieliszków o pojemności 30ml.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 155

Dotyczy Zadania 7. Pozycja 13. Prosimy o wyrażenie zgody na przeliczeniem ilości na pełne opakowania, co daje 400 opakowań a`75 szt.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu zgodnego z treścią SIWZ w opakowaniu 75 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości sztuk.

Pytanie nr 156

Dotyczy Zadania 7. Pozycja 14. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania pęsety o długości 12,5cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 157

Dotyczy Zadania 7. Pozycja 15. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Szpatułki w rozmiarze: 150mm x 17mm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 158

Dotyczy Zadania 7. Pozycja 15 . Prosimy o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości na pełne opakowanie, co daje 100 op. a`100 sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu zgodnego z treścią SIWZ w opakowaniu 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości sztuk.

Pytanie nr 159

Zadanie 8. Pozycja 2. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Szczoteczki do cytologii o długości całkowitej 20cm, długości włosia w najdłuższym miejscu 20mm, szerokości włosia 20mm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 160

Zadanie 8. Pozycja 10. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu do wlewów kontrastowych jelita grubego, zestaw jednorazowego użytku bez funkcji pomiarowej, z naniesioną orientacyjną skalą. Worek z folii kolostomijnej PVC 400x200mm, zamykany zawór wlewu Ø 29mm, zawór spustowy z kulką zamykającą Ø 6mm, średnica drenu Ø 8mm, długość drenu 1700mm, zacisk regulujący przepływ 55x29mm, fartuszek osłaniający rękę Ø 210mm. Każdy zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papier folia. Dostępny w wersji sterylnej lub niesterylnej.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 161

Zadanie 8. Pozycja 22. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania worki na wymiociny z absorbentem, szczelnie zamykane przy pomocy pierścienia o pojemności 2000ml skalowane co 100ml z dodatkową skalą do małych objętości tj. do 100ml co 10ml. Specjalny zaczep zamyka wewnątrz nieprzyjemny zapach jak i zawartość w

celu zabezpieczenia przed ryzykiem infekcji. Chcemy nadmienić, że powyższe worki są używane w Państwa placówce.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 162

Zadanie 8. Pozycja 26. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemnik sterylnego, czy niesterylnego?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga pojemnika niesterylnego

Pytanie nr 163

Zadanie 11. Pozycja 9. Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru

Pytanie nr 164

Zadanie 11. Pozycja 19. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Opatrunku w rozmiarze 6 cm x 8cm wykonanego w całości z włókniny.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 165

Zadanie 12. Pozycja 13. Czy zamawiający będzie wymagał oryginalnego przewodu pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza, natomiast nie wymaga

Pytanie nr 166

Zadanie 12. Pozycja 21. Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się ze sterylnej pensety oraz sterylnego zestawu: szpatułki, wziernika do nosa oraz wziernika do ucha, wszystko razem zgrane w jeden pakiet.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 167

Zadanie 12. Pozycja 22 i 23. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wkładów uszczelnianych automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port o średnicy 7,2/12mm, dający możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego (w komplecie schodkowy łącznik kątowny umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach), pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do wsypywania proszku żelującego w saszetkach lub pobrania wydzieliny do badań, wkład jest wyposażony w filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, uchwyt pętlowy oraz zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, wkład bez zawartości PCV – takich jak dostarczane dotychczas – ponieważ obecne wymagania dotyczące wkładów nie potwierdzają kompatybilności z osprzętem będącym na wyposażeniu Szpitala.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 168

Zadanie 12. Pozycja 22 i 23. Czy Zamawiający oczekuje żeby, każdy wkład posiadał łącznik kątowny o zakończeniu schodkowym który znajduje się na porcie pacjenta służący do podłączenia drenu do odsysania, czy raczej przewiduje zakup łączników umożliwiających podłączenie drenu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający oczekuje żeby, każdy wkład posiadał łącznik kątowny o zakończeniu schodkowym, który znajduje się na porcie pacjenta służący do podłączenia drenu do odsysania

Pytanie nr 169

Zadanie 12. Pozycja 24. Prosimy o dopuszczenie drenu do ssaka o średnicy wewnętrznej 6mm, tak jak dotychczas używane.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 170

Zadanie 12. Pozycja 25. Prosimy o dopuszczenie drenu do odsysania pola operacyjnego o średnicy wewnętrznej 7mm, tak jak dotychczas używane.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 171

Dotyczy Zadania 22. Pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego zestawu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca, z silikonowym rękawem odprowadzającym pokrytym specjalną warstwą skutecznie hamującą nieprzyjemne zapachy o długości ~ 165 cm, z balonikiem retencyjnym, zakładanym bez konieczności penetracji odbytu palcem, z systemem zapobiegającym przepełnieniu balonika retencyjnego poprzez użycie strzykawki o pojemności 45 ml do wypełnienia balonika retencyjnego wodą z pierścieniem uszczelniającym. Na silikonowym rękawie port służący do napełnienia balonika retencyjnego i irygacyjny. Port do irygacji umożliwiający również podawanie leków doodbytniczo. System zawiera również port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną. W zestawie 3 worki o pojemności 1500 ml wyposażone w filtr węglowy (niwelujący zapach) oraz substancję żelującą zawartość worka. Zestaw posiada pasek do podwieszania. Czas utrzymania 29 dni. Mikrobiologicznie czysty, nie zawiera lateksu. Worki o pojemności 1500ml kompatybilnych z zestawem, skalowane 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml. Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania badań klinicznych potwierdzających czas zastosowania. System jest skuteczny pomimo braku badań klinicznych nie prowadzonych ze względu na przeznaczenie / zastosowanie sprzętu (doodbytnicze podczas biegunki, czyli w środowisku z dużą ilością bakterii coli). System nie powoduje odleżyn w odbycie pacjenta gdy przestrzega się zasady prewencji tzn. odbarczania balonika raz na dobę. System jest mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 172

Dotyczy Zadania 22. Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu worki wymienne kompatybilne z systemem z poz.1 do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca o pojemności 1500ml, skalowane 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml, wyposażone w absorbent żelujący płynną zawartość worka, worki z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji zapachów, zabezpieczone przed balonowaniem.

Opakowanie zbiorcze a¹10.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 173

Dot. umowy. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §2 pkt.2 umowy. Zamawiający w treści umowy posługuje się określeniem „dni kalendarzowych”, ale w kryterium oceny ofert stosuje określenie „dni roboczych”.

Odpowiedź Zamawiającego

Par. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „dostawy przedmiotu umowy do magazynu w siedzibie Zamawiającego wg asortymentu i ilości zgodnej z zamówieniem w terminie dni (zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia złożenia zamówienia **faxem**. Zamówienie, o którym mowa wyżej musi być podpisane przez Dyrektora Zamawiającego lub osobę pisemnie upoważnioną. Jeżeli ostatni dzień na dostawę przedmiotu umowy przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dzień realizacji przedmiotu umowy przypada na następny dzień roboczy. Z realizacji dostaw w w/w terminie nie zwalnia Wykonawcy również inwentaryzacja prowadzona w jego siedzibie lub magazynie.

Pytanie nr 174

Dot. umowy. Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kar umownych z 5% do 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy za dzień roboczy opóźnienia.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z odpowiedzią w pytaniu Nr 10.

Pytanie nr 175

Pytanie zadanie nr 7 poz. 8-10. Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R)

Pytanie nr 176

Pytanie zadanie nr 7 poz. 8-10. Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa.

Pytanie nr 177

Pytanie zadanie nr 7 poz. 8 i 9. Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokument z badaniami potwierdzającego przeżywalność dla min. 10 klinicznie spotykanych mikroorganizmów do 72 godz. od pobrania? Dokument ten potwierdzi wysoką jakość oferowanego podłoża.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza, natomiast nie wymaga.

Pytanie nr 178

Zadanie 13. Punkt 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt elektrody czynnej, długość kabla 3m lub 5m, do ostrza śr. 4mm, końcówka kompatybilna z aparatem EMED?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 179

Dotyczy ZADANIA NR 21. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji numer 2i 3 w zadaniu nr 21, oraz utworzenie dla niej odrębnego pakietu. Taki zabieg pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym obniżenie wartości złożonych ofert, a w konsekwencji oszczędności dla Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 180

Zadanie 8. Pozycja 9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Zaciskacza do pępowiny w wersji sterylnej.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 181

Zadanie 8, pozycja 5, 6, 14-16, 28 – Prosimy o wydzielenie pozycji 5, 6 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom (specjalizujących się w danym asortymencie) na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym pozwoli Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 182

Zadanie 8, pozycja 22 – Prosimy o wydzielenie pozycji 22 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom (specjalizujących się w danym asortymencie) na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym pozwoli Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 183

Zadanie 8, pozycja 22 – Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny o pojemności 1500ml spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 184

Dotyczy zadania nr 13 poz.nr 1. Czy Zamawiający dopuści neutralna elektrodę jednorazowego użytku dla dorosłych, o powierzchni dzielonej 108 cm² ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 185

Dotyczy zadania nr 13 poz.nr 3. Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrody czynnej o długości kabla 3m lub 5 m do ostrza średnica 4 mm końcówka kompatybilna z aparatem EMED ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 186

Pytania do zadania Nr 3. Poz.1. Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 30 mm wykonaną z gąbki PE? Pozostałe wymagania zgodne z SiWZ

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 187

Pytania do zadania Nr 3. Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści elektrodę okrągłą z języczkiem o średnicy 43 mm? Pozostałe wymagania zgodne z SiWZ

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 188

Pytania do zadania Nr 3. Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści elektrodę owalną o wymiarach 36 x 48 mm? Pozostałe wymagania zgodne z SiWZ

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca w formularzu cenowym zobowiązany jest do wskazania, że uwzględni rozwiązania o parametrach dopuszczonych w drodze niniejszych wyjaśnień. Brak takiego wskazania zostanie uznany za zaoferowanie rozwiązań o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający informuje, że zmienia Załącznik Nr 7 Formularz cenowy w zakresie zadania Nr 24 i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie stanowiący integralną część niniejszego dokumentu.

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

JEST:

Rozdz. XVII. Opis sposobu przygotowania ofert pkt. 24.

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie, i opatrzyć napisem:

„Oferta na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego

Znak sprawy: FZP.261.18.2017

Nie otwierać przed dniem 31 października 2017 r. godz. 12:15”

Rozdz. XVIII. Miejsce oraz termin składania ofert pkt. 1.

Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVII ust. 24 niniejszej SIWZ należy złożyć **do dnia 31 października 2017 r. do godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie (budynek administracyjny, parter) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk.

POWINNO BYĆ:

Rozdz. XVII. Opis sposobu przygotowania ofert pkt. 24.

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie, i opatrzyć napisem:

„Oferta na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego

Znak sprawy: FZP.261.18.2017

Nie otwierać przed dniem 30 listopada 2017 r. godz. 12:15”

Rozdz. XVIII. Miejsce oraz termin składania ofert pkt. 1.

Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVII ust. 24 niniejszej SIWZ należy złożyć **do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie (budynek administracyjny, parter) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk.

W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający przypomina Wykonawcom o obowiązku skutecznego wniesienia wadium. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.

ZAMAWIAJĄCY

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Płońsku
lek. Paweł Obermeyer

