

Płońsk, dn 09.11.2016

Znak sprawy: FZP.261.14.2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego

Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 2

Na podstawie art. 38 ust. 1- 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz.2164 - j.t. z późn. zm) Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku informuje, iż Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytanie Wykonawcy i przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniana jest specyfikacja.

Pytania Wykonawcy / Odpowiedzi Zamawiającego

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego zadania urządzeń LIFEPAK firmy Physio-Control/ Medtronic (pozycja 1-9)? Pozwoli to na złożenie oferty przez autoryzowany serwis.

Odp: NIE

2. Czy Wykonawca ma uwzględnić w cenie przeglądu wymianę akumulatorów w defibrylatorach LIFEPAK w okresie trwania umowy, czy ewentualna wymiana akumulatora będzie traktowana jako osobne zlecenie? Zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji producenta zalecana jest wymiana akumulatorów co 2 lata.

Odp: NIE

3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie usług serwisowych urządzeń LIFEPAK firmy Physio-Control w jednym terminie? Jeżeli nie to w jakich terminach (miesiąc) przewidziane są przeglądy defibrylatorów LIFEPAK? Informacja ta pozwoli oszacować ilość dojazdów, które mają istotny wpływ na cenę usług.

Odp: NIE

Terminy przeglądów defibrylatorów typ LIFEPAK

1 szt. w m-cu styczeń

1 szt. w m-cu maj

4 szt. w m-cu październik
2 szt. w m-cu listopad
1 szt. w m-cu grudzień

4. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź na pytanie czy Zamawiający będzie wymagał wymiany części eksploatacyjnych, zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu? Odpowiedzi na pytania nr 12 i 23 są sprzeczne i uniemożliwiają prawidłowe złożenie oferty ? Zamawiający składa wyjaśnienie do Wyjaśnień treści SIWZ Nr 1. Odpowiedź brzmi: Nie

Treść wyjaśnień prowadzi do zmiany treści SIWZ - patrz Zmiana treści SIWZ Nr 1.

ZAMAWIAJĄCY