



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703 Tel. (0 23) 661 34 00 - centrala;
(023) 662 39 89 - sekretariat
Fax. (0 23) 662 32 14
e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl



ISO 9001:2008

FZP.261.19.2018

Płońsk, dn. 14.05.2018 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy taśm i siatek do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1
(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Zadaniu nr 1: **poz. 1** implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34 mm, grubość nitki 150 µm, porowatość max. 1950 µm, rozmiar: długość górnych ramion 36-38 cm, długość dolnych ramion 39-40 cm, szerokość ramion 1,0 cm, dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżnienia, rozmiary trapezu: podstawa górna 5-6 cm, podstawa dolna 7-9 cm, wysokość 5-9 cm (rozmiar siatki do wyboru: 5 cm, 6 cm, 7-8 cm, 9 cm), splot osnowowy, zapewnia wysoką odporność na rozciąganie i zapobiega deformacji; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie min. 90N/cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Zadaniu nr 1: **poz. 2** implant o anatomicznym kształcie, z dwoma ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34, grubość nitki 150 µm, porowatość max. 1950 µm, rozmiar: długość 41,3 cm, wysokość dolnej wypustki 12 cm, szerokość 6,3 cm, wysokość górnej wypustki 4 cm, szerokość 6,3 cm, splot osnowowy, zapewnia wysoką odporność na rozciąganie i zapobiega deformacji; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie min. 90N/cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Zadaniu nr 1: **poz. 5** taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, materiał: polipropylen monofilament, plastikowa osłonka na taśmę – wymóg zapewnienia sterylności, gramatura: 45 g/m², grubość siatki 0,34 mm, porowatość max. 1950 µm, grubość nitki 150 µm, rozmiar: długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, splot osnowowy, zapewnia wysoką odporność na rozciąganie i zapobiega deformacji; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie min. 90N/cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 3 i 4 do osobnego zadania, co podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Zamawiającemu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie. Patrz Zmiana treści SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Piotrkowie
lek. Zdzisław Olszewski