

FZP.261.26.2018

ISO 9001:2008

Płońsk, dn. 30.07.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych i materiałów zużywalnych w przypadku złamań

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 / ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 5 (zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j) modyfikuje treść Wyjaśnień i Zmiany treści SIWZ Nr 1 z dnia 10.07.2018 r. w zakresie pytań 1 - 7, 11, 14, 17, 25 - 30. Pozostała treść Wyjaśnień i Zmiany treści SIWZ Nr 1 pozostaje bez zmian.

W zakresie pytania Nr 1 – 7, 11, 14, 17 Zamawiający modyfikuje Wyjaśnienia i Zmianę treści SIWZ Nr 1 z dnia 10.07.2018 r. i zamieszcza Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz cenowy po zmianie.

W zakresie pytania Nr 25 - 29 Zamawiający modyfikuje Wyjaśnienia i Zmianę treści SIWZ Nr 1 z dnia 10.07.2018 r. Zamawiający w Zadaniu Nr 5 wykreśla pozycję Nr 3 i zamieszcza Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz cenowy po zmianie.

Pytanie nr 30

Dotyczy zadania nr 6: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie:

Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo porowatym tytanem (cpTi) dla ułatwienia osteointegracji, z trzema otworami do śrub stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia lub panewka bezotworowa, w rozmiarach od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm.

Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego, bezcementowy, pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25 mm do 20 mm, z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14. Opcjonalnie dostępny trzpień lateralizowany oraz trzpień coxa vara (o zmniejszonym koncie szyjkowo-trzonowym – 123stopnie).

Wkładka wykonana z polietylenu typu „crosslink”, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28 mm, 32 mm i 36 mm.

Głowa metalowa CoCrMo o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w 6 długościach szyjki.

Śruby do panewki śr. 6,5mm. W długościach: 15, 20,25,30,35,40,45,50,55,60 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę.

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca w formularzu cenowym zobowiązany jest do wskazania, że uwzględni rozwiązania o parametrach dopuszczonych w drodze niniejszych wyjaśnień. Brak takiego wskazania zostanie uznany za zaoferowanie rozwiązań o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ.