



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**
ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. Mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703 Tel. (0 23) 661 34 00 - centrala;
(023) 662 39 89 - sekretariat
Fax. (0 23) 662 32 14
e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl



ISO 9001:2008

FZP.261.23.2016

Płońsk, dn. 19.12.2016 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku informuje, że wpłynęły od Wykonawców pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiamy poniżej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku **na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4** ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.ze zm.) udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Wykonawca nr 1

Zadanie 1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy podać cenę za mb?

Odp.: Należy podać cenę za metr kwadratowy.

Zadanie 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Dopuszcza się podanie cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku dla wyrobów masowych, gdzie cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie będzie umieszczana, jako jednostkowa cena na fakturze podczas realizacji umowy.

Zadanie 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z siatki bawełnianej impregnowanej białą parafiną w rozmiarze 15x20cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza opatrunek z siatki pokrytej białą parafiną o wymiarach 15cmx20cm

Wykonawca nr 2

ZADANIE NR 2

pozycja 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość podania w formularzu ceny za 1 sztukę kompresu do czterech miejsc po przecinku lub dopuści możliwość wyceny kompresów w opakowaniu a ' 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp.: Zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku dla wyrobów masowych, gdzie cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie będzie umieszczana, jako jednostkowa cena na fakturze podczas realizacji umowy.

ZADANIE NR 3

Pozycje 8 - 10 - czy Zamawiający wymaga podania ceny za metr bieżący siatki w stanie relaksacyjnym czy może rozciągniętym.

Odp.: Zamawiający wymaga podania ceny za metr bieżący siatki w stanie relaksacyjnym.

Pozycje 8 - 10 - czy Zamawiający wymaga zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej o zawartości bawełny min. 50%.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie siatki o zawartości bawełny min. 50%.

ZADANIE NR 8

pozycja 12 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z mechanizmem płuczaco-absorpcyjnym oraz antybakteryjną substancją PHMB. Wewnętrzna strona opatrunku pokryta nieprzywierającymi do rany paskami silikonu. Zewnętrzna warstwa pokryta wodoszczelną folią. Opatrunek dla ran wymagających aktywnego oczyszczania, gotowy do użycia, o wymiarach 10cm x 10cm może pozostawać na ranie do 3 dni. Prośbę swą motywujemy tym, że opatrunek mogący pozostać na ranie do 12 godzin został przez producenta wycofany z produkcji.

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę.

Wykonawca nr 3

Pytanie 1 – dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający w formularzu cenowym do zadania 1 nie popełnił omyłki wpisując w rubryce jednostka miary m²? Chcemy zaoferować Państwu gazę o wymiarze 90cmx100m. Czy w związku z tym mamy wyliczyć 160000 mb gazy?

Odp.: Zamawiający nie popełnił pomyłki wpisując metry kwadratowe. Należy podać cenę za metr kwadratowy.

Pytanie 2- dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 2 pozycji nr 1-3,5-8?

Zgoda na wydzielenie pozwoli na udział w nowo utworzonym pakiecie większej ilości oferentów, a co za tym idzie na uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnych cenowo ofert.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Wykonawca nr 4

Zadanie 5, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 cm x 30 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku o wymiarze 10cmx30cm.

Zadanie 5, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z poliuretanu?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza opatrunków z poliuretanu

Zadanie 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo – cenowym.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Dopuszcza się podanie cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku dla wyrobów masowych, gdzie cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie będzie umieszczana, jako jednostkowa cena na fakturze podczas realizacji umowy.

Wykonawca nr 5

1. Czy Zamawiający, dokona modyfikacji SIWZ i wyłączy z zadania nr 5 poz. 1, 2, 6 i 7, tworząc z nich osobny pod pakiet 5a, co pozwoli na wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu większej ilości wykonawców?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

2. Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 9, dopuści złożenie oferty z opatrunkami z wkładem chłonnym o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 9x25cm dla poz. 3 oraz 9x35cm dla poz. 4, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie może zająć stanowiska w kwestii poruszonej w pytaniach Wykonawcy. Formularz cenowy do zadania nr 9 zawiera tylko dwie pozycje.

Zamawiający zastrzega, iż pozostałe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia, które zostały określone w SIWZ i które nie były przedmiotem powyższych pytań pozostają bez zmian.

Termin składania otwarcia ofert bez zmian.